



MOHAP/O/21/005735

التاريخ: 2021/06/07
المرجع: MOHAP/O/21/005735

تعميم خارجي

تقارير السلامة لمنتج طبي / Medical Product Field Safety Action

To : All Healthcare Facilities All Healthcare Professionals	إلى: جميع المنشآت الصحية جميع ممارسي الرعاية الصحية	
Subject: Voluntary recall of certain lots of contact lens solutions, eye wash and eye lubricants	الموضوع: سحب طوعي للعديد من محاليل العدسات اللاصقة ، غسول ومرطب العيون	
Manufacturer:	Bausch + Lomb	الشركة المصنعة:
اسم المنتج Product Name	رقم التشغيل Lot No.	
Biotrue® Multi-purpose Solution, 120 ml	ME1883 ,ME2438	
Biotrue® Multi-purpose Solution, 300ML	ME2042	
ReNu® MultiPlus Multi-Purpose Solution, 120 ml	ME1848 ,ME3124 ,ME3956 ,MF3113	
ReNu® MultiPlus Multi-Purpose Solution, 240 ml	ME2302 ,ME3053 ,ME3054 ,ME4101 ,ME4545 ,MF1457	
ReNu® MultiPlus Multi-Purpose Solution, 360 ml	ME1949 ,ME2195 ,ME2970,ME3823 ,ME4567 ,ME5135 ,MF1656	
STARTER KIT Biotrue® Multi-purpose Solution, 60 ml	ME2521 ,ME4554 ,ME5029 ,MF1831	
STARTER KIT ReNu® MultiPlus Multi-Purpose Solution, 60 ml	ME2217 ,ME2663 ,ME3712 ,ME3848 ,MF1849	
Expiration Dates:	May 2021 – February 2024	تاريخ انتهاء الصلاحية:
Product Status in MOHAP:	For professional use	الوضع القانوني للمنتج في الوزارة:
Source of Alert:	Bausch + Lomb	مصدر التحذير:
Reason for Alert: Due to compliance issue with its sterilization process.		سبب التحذير: بسبب مشكلة الامتثال لعملية التعقيم.
Recommendation: Kindly take the necessary action to recall the above-mentioned lots of the product if available in your facility.		التوصيات: يرجى اتخاذ إجراءاتكم اللازمة حيال سحب التشغيلات المذكورة للمنتج أعلاه، في حال توفرها لديكم .
Report adverse reaction	http://www.mohap.gov.ae/ar/services/Pages/406.aspx UAE RADR Smart Application	للإبلاغ عن الآثار الجانبية للدواء
For All Enquiries	pv@mohap.gov.ae	لجميع الاستفسارات
This circular is for regulatory procedures& should not be used for media publication		هذا التعميم للإجراءات التنظيمية وغير مخصص كمحتوى للنشر الإعلامي



لمزيد من التنسيق والمتابعة نرجو منكم الإيعاز لمن يلزم للتواصل مع د. سلطنة بن حيدر على الأرقام التالية :
هاتف: 042301667 - البريد الإلكتروني: Sultana.BinHaider@mohap.gov.ae

مع تحيات قطاع التنظيم الصحي
بوزارة الصحة ووقاية المجتمع