



MOHAP/O/21/005752

التاريخ: 2021/06/07
المرجع: MOHAP/O/21/005752

تعميم خارجي

تقارير السلامة للوسائل الطبية / Medical Device Safety Alert

To: All Healthcare Facilities All Healthcare Professionals		إلى: جميع المنشآت الصحية جميع ممارسي الرعاية الصحية	
Subject: Medication Delivery, Nutrition, and Renal Care Products Lots Recall		الموضوع: سحب تشغيلات لمنتجات توصيل الأدوية والتغذية والعناية بالكلية	
Product Name:	PD 3L EMPTY BAG SYSTEM & CAPD PEDIATRIC SET		اسم المنتج
Manufacturer:	Baxter		الشركة المصنعة:
Source of Alert:	Baxter		مصدر التحذير:
Product Description		Code	Batch
PD 3L EMPTY BAG SYSTEM		XMC4284	16G16T016 17J09T040 18H06T426 18D19T109 16F17T740 18I04T664 17D25T826
CAPD PEDIATRIC SET		JMC3437	17B18T377 17I15T797 17B18T377
Product Status in MOHAP:	For professional use	لاستخدام ممارسي الرعاية الصحية	الوضع القانوني للمنتج في الوزارة:
Reason for Alert:	Third-party provider of sterilization services, Steril Milano SRL, reported deviations to which the impacted products were exposed have the potential to compromise the effectiveness of the sterilization process.	سبب التحذير: بسبب مشكلة عدم الامتثال لعملية التعقيم التي تعرضت لها الوسائل الطبية المذكورة أعلاه في شركة (Steril Milano SRL).	
Recommendation:	Do not use the above-mentioned lots and return to the supplier.	التوصيات: عدم استخدام التشغيلات المتأثرة المذكورة أعلاه واعادتها إلى المورد.	
Report adverse reaction	http://www.mohap.gov.ae/ar/services/Pages/406.aspx RADR Smart Application	UAE	للإبلاغ عن الآثار الجانبية للدواء
For All Enquiries	pv@mohap.gov.ae		لجميع الاستفسارات
This circular is for regulatory procedures & should not be used for media publication		هذا التعميم للإجراءات التنظيمية وغير مخصص كمحتوى للنشر الإعلامي	



لمزيد من التنسيق والمتابعة نرجو منكم الإيعاز لمن يلزم للتواصل مع د. وفاء الحسيني على الأرقام التالية :
هاتف: 042301443 - البريد الإلكتروني: wafa.hussaini@mohap.gov.ae

مع تحيات قطاع التنظيم الصحي
بوزارة الصحة ووقاية المجتمع